aurigen
centre de génétique et pathologie

Mode d'emploi de la technique en cytologie gynécologique de dépistage

Vous avez reçu, durant ce premier semestre 2014, notre nouveau matériel de prélèvement.

Comme vous le savez, cette nouvelle technique nous permet d'ajouter un contrôle qualité important dans notre screening des lames cytologiques en introduisant une prélecture automatique des lames par un automate (ThinPrep Imaging System).
Cette technologie, déjà approuvée par la FDA, améliore sensiblement la détection des cellules atypiques, mais ne remplace pas le jugement humain.
Cette valeur ajoutée ne se répercute pas par une augmentation du prix de l'analyse.

<u>Cette nouvelle technique a induit quelques petits changements dans le mode de prélèvement</u>
Si la réalisation du frottis reste inchangée, soit 5 tours dans le sens des aiguilles d'une montre, il est nécessaire **d'appuyer la brosse une dizaine de fois contre le fond du flacon, sous forme de va et vient et d'immédiatement extraire la brosse.**
ATTENTION : Il est impératif de ne pas laisser la brosse en contact avec le liquide du flacon, mais de la retirer tout de suite après l'avoir appuyée contre le fond du flacon!
Cela évite que les cellules ne se fixent sur la brosse et donnent des amas cellulaires inanalysables en cytologie et des frottis hypocellulaires.







<u>Quel lubrifiant utiliser pour le confort de vos patientes ?</u>
Les meilleurs résultats sont obtenus avec le gel Lubrifiant : Gyn-Lys medesign.

<u>Que deviennent les anciens flacons et les anciennes brosses ?</u>
Dès réception du nouveau matériel vous pouvez confier les anciens flacons et brosses à notre coursier.

Notre équipe se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant ce nouveau matériel: n'hésitez pas à contacter le laboratoire. Nous vous remercions de votre confiance.

Téléphone:
+41 21 623 44 00